

Denna rapport avser:
XTorrsterilisator
Sporprov 1-3 134c

Roula Piercing Stockholm Sporprov
Smedshagsvägen 14
165 73 Hässelby

RemissID: 2400851053

BeställarID: 00147 002 367

Laboratoriets Prov-ID:25EB102239
Undersökning: Sporprov, torrsterilisator
Provmaterial: Sporprov
Provlokalisatation: 134 C Solid programmet

Provtagning: 2025-11-27 15:38
Ankomst: 2025-11-27 15:38
Slutsvar: 2025-12-04 09:07

Medicinskt ansvarig: D.Kartout-Boukdir

Signatur: Almaz Kahsai

Analyser

Resultat

Värde Enhet

Sterilundersökning 1
Sterilundersökning 2
Sterilundersökning 3

Provet sterilt
Provet sterilt
Provet sterilt



Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Ackrediteringens omfattning framgår av förteckning tillgänglig vid laboratoriet och presenteras via: www.karolinska.se/ackrediterade_tjanster

Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, L2:U1
171 76 Stockholm

Telefon: 08-123 719 99
E-post: universitetslaboratoriet.karolinska@regionstockholm.se
www.karolinska.se/lab

LID: 2400851053

Utskrivet av BrevPortalen 2025-12-04 09:18:52

